



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: CALDO TETRATIONATO**

### INDICAÇÃO

Meio de cultura utilizado para enriquecimento de Salmonella a partir de amostras de fezes antes do procedimento de isolamento.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CATT092426 |
| <b>Validade</b> | 26.03.2025 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cor</b>             | Levemente opalescente quando em repouso ou turvo quando homogeneizado, com coloração levemente amarelada |
| <b>Volume envasado</b> | 3 ml                                                                                                     |
| <b>Apresentação</b>    | 13x100 mm                                                                                                |
| <b>Odor</b>            | Característico                                                                                           |
| <b>pH</b>              | 8,4 ± 0,2 a 25° C                                                                                        |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento |
|------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Bom crescimento           |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Bom crescimento           |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 28/09/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370