



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR EMB (TEAGUE)

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

Lote	AEMB112425
Validade	25.02.2025

Cor	Vinho
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,1 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom a excelente de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado.
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento bom de colônias incolores.
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição total.

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 26/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370