



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MACCONKEY

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

Lote	AMAC112408
Validade	08.02.2025

Cor	Rosa
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90X15 mm
Odor	Característico
pH	7,1 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento de colônias cor-de-rosa
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Bom crescimento de colônias incolores
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Não houve crescimento

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 09/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltada@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370