



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR MACCONKEY

#### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias, destinado à detecção, isolamento, contagem de coliformes e patógenos intestinais da água, laticínios e materiais biológicos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AMAC112418 |
| <b>Validade</b> | 18.02.2025 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>          | Rosa              |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm            |
| <b>Apresentação</b> | Biplaca 90X15 mm  |
| <b>Odor</b>         | Característico    |
| <b>pH</b>           | 7,1 ± 0,2 a 25° C |

#### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                   | Resultados de crescimento               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922      | Bom crescimento de colônias cor-de-rosa |
| <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315      | Bom crescimento de colônias incolores   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Não houve crescimento                   |

#### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

#### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 19/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370