

Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON SANGUE DE CAVALO

INDICAÇÃO

Meio destinado à realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.

Lote	AMHS112412
Validade	12.02.2025

Cor	Vermelho
Espessura	4,0 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Condições de incubação: 35 ± 2°C / 24 h.
Diâmetro do halo em mm.

MICROORGANISMO	AMICACINA 10 µg	GENTAMICINA 10 µg	IMPINEM 10 µg	MEROPENEM 10 µg	TOBRAMICINA 10 µg	ERITROMICINA 15 µg
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 BRCAT	19-26	19-26	26-32	28-35	-	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 BRCAT	20-26	17-23	20-28	27-33	20-26	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213 BRCAT	18-24	19-25	-	-	20-26	23-29
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 BRCAT	-	-	24-30	-	-	-

Resultado de crescimento: Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade BRCAT.

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 13/10/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370