



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MITIS SALIVARIUS

INDICAÇÃO

É utilizado para o isolamento de *Streptococcus mitis*, *Streptococcus salivarius* e *Enterococcus* e *Streptococcus mutans*.

Lote	AMIT112413
Validade	13.02.2025

Cor	Azul royal profundo, levemente opalescente
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,0 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição parcial ou completa do crescimento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição parcial ou completa do crescimento
<i>Streptococcus mitis</i> ATCC 9811	Bom crescimento de colônias azuis
<i>Streptococcus salivarius</i> ATCC 13419	Bom crescimento de colônias azuis com aspecto de “gota de látex”
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Inibição completa
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Bom crescimento de colônias azuis ou pretas

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 14/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370