



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO HIPERCLORETADO À 6,5%

INDICAÇÃO

Meio de cultura para diferenciação e identificação de enterococos e estreptococos.

Lote	CHCL112408
Validade	08.05.2025

Cor	Púrpura
Volume envasado	3,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH:	7,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Turvação com viragem de cor para amarelo
<i>Streptococcus bovis</i> ATCC 9809	Inalterado e límpido

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 09/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370