



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: CALDO SELENITO CISTINA

#### INDICAÇÃO

Recomendado como meio de enriquecimento para isolamento de Salmonella e de alimentos, laticínios, materiais de higiene importância e amostras clínicas.

<b>Lote</b>	CSEL112421
<b>Validade</b>	21.05.2025

<b>Cor</b>	Ligeiramente amarelado, podendo apresentar alguns precipitados em suspensão
<b>Volume envasado</b>	5,0 ml
<b>Apresentação</b>	13x100 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,0 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Bom crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Pouco ou nenhum crescimento

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 22/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370