



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TIOGLICOLATO

INDICAÇÃO

Meio utilizado em testes biológicos de esterilidade e para o cultivo de bactérias anaeróbias, aeróbias e microaerófilas.

Lote:	CTGL112425
Validade:	25.05.2025

Cor	Âmbar claro *Se mais de um terço superior do meio adquiriu uma cor rosa, o meio pode ser restaurado em banho maria ou em vapor fluído até que a cor rosa desapareça.
Volume envasado	4,0 ml
Odor	Característico
pH	7,1 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Bacillus fragilis</i> ATCC 25285	Crescimento bom
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 26/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370