



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TODD HEWITT

INDICAÇÃO

Meio de cultura suplementado indicado para o enriquecimento de amostras para a pesquisa de *Streptococcus agalactiae* ou qualquer outra cepa de *Streptococcus spp.*

Lote	CTHT112405
Validade	05.05.2025

Cor	Amarelo claro translúcido
Volume envasado	04 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH:	7,8 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	Crescimento bom (turvação)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inibição total (sem turvação) a inibição parcial (turvação fraca)
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição total (sem turvação) a inibição parcial (turvação fraca)

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 07/11/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlablt@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370