



## Certificado de Análise

### MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON

### INDICAÇÃO

Meio destinado à realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos.

<b>Lote</b>	AMH122402
<b>Validade</b>	02.03.2025

<b>Cor</b>	Amarelo claro
<b>Espessura</b>	4,0 mm
<b>Apresentação</b>	140x15 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,3 ± 0,1 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Condições de incubação: 35 ± 2°C / 24 h.  
Diâmetro do halo em mm.

	<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 (NCTC 12241)	<i>Pseudomonas ae-</i> <i>ruginosa</i> ATCC 27853 (NCTC 12903)	<i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> ATCC 29213 (NCTC 12973)	<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 (NCTC 12697)
AZTREONAM 30 µg	28-36	23-29	-	-
CEFTAZIDIMA 10 µg	23-29	21-27	-	-
GENTAMICINA 10 µg	19-26	17-23	19-25	12-18
LEVOFLOXACINO 5 µg	29-37	19-26	23-29	19-25
IMIPINEM 10 µg	26-32	20-28	-	24-30
CEFOXITINA 30 µg	23-29	-	24-30	-
CLINDAMICINA µg	-	-	23-29	-
ERITROMICINA 15 µg	-	-	23-29	-
LINEZOLIDA 10 µg	-	-	21-27	19-25
VANCOMICINA	-	-	-	10-16

**Resultado de crescimento:** Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade BRCAST.

#### **ESTERILIDADE**


Ausência de crescimento de microrganismos.

#### **CONCLUSÃO**

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 04/12/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com



**Bruno Jaegger Laranjeira**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370