



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO BHI p/ HEMOCULTURA

INDICAÇÃO

Meio de cultura destinado ao isolamento de microrganismos em amostras de sangue.

Lote	HEMO122402
Validade	02.06.2025

Cor	Amarelo claro translúcido
Volume envasado	40,0 ml
Apresentação	Frasco
Odor	Característico
pH:	7,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Crescimento bom
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento bom
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Crescimento bom
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Crescimento razoável

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 03/12/2024

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370