



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER-HINTON PARA FUNGOS

INDICAÇÃO

Meio de cultura nutritivo e enriquecido, destinado à execução do teste de sensibilidade, por disco difusão, para antifúngicos, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Lote	MHGAM122418
Validade	18.12.2024

Cor	Azul ciano
Espessura	4,0 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,3 ± 0,1 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Diâmetro do halo em mm.

CEPA	ANTIFUNGICO	INTERVALO DO HALO
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Fluconazol 25µg	28-39mm

Resultado de crescimento: Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade CLSI.

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 19/12/2024

AGAR LAB SERVIÇOS


LTDA

Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense

Fortaleza –CE - CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-4082

E-mail: agarlabltda@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira

Responsável Técnico

CRBM 1370