



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR EMB (TEAGUE)**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AEMB012506 |
| <b>Validade</b> | 06.04.2025 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>          | Vinho             |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm            |
| <b>Apresentação</b> | 90x15 mm          |
| <b>Odor</b>         | Característico    |
| <b>pH</b>           | 7,1 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Resultados de crescimento                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | Crescimento bom a excelente de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado. |
| <i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028 | Crescimento bom de colônias incolores.                                                |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923  | Inibição total.                                                                       |

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 07/01/2025

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370