



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR EMB (TEAGUE)**

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

<b>Lote</b>	AEMB012530
<b>Validade</b>	30.04.2025

<b>Cor</b>	Vinho
<b>Espessura</b>	3,5 mm
<b>Apresentação</b>	90x15 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,1 ± 0,2 a 25° C

### CONTROLE DE QUALIDADE

<b>CEPAS</b>	<b>Resultados de crescimento</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom a excelente de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado.
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Crescimento bom de colônias incolores.
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição total.

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 31/01/2025

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

  
Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico  
CRBM 1370