



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR UREIA

INDICAÇÃO

É utilizado para a diferenciação de micro-organismos com base na produção de urease, a partir de amostras clínicas e outros materiais.

Lote	AUREIA012506
Validade	06.07.2025

Cor	Palha/amarelo
Volume envasado	2,5 ml
Apresentação	13x100mm
Odor	Característico
pH	6,8 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Reação urease negativo (palha/amarelo)
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Reação urease positivo fraco (rosa/vermelho)
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Reação urease positivo (rosa/vermelho)
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Reação urease negativo (palha/amarelo)

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 07/01/2025

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltida@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370