



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TETRATIONATO

INDICAÇÃO

Meio de cultura utilizado para enriquecimento de Salmonella a partir de amostras de fezes antes do procedimento de isolamento.

Lote	CATT012508
Validade	08.07.2025

Cor	Levemente opalescente quando em repouso ou turvo quando homogeneizado, com coloração levemente amarelada
Volume envasado	3,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	8,4 ± 0,2 a 25° C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Resultados de crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Bom crescimento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bom crescimento

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO: 10/01/2025

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-4082
E-mail: agarlabltda@gmail.com


Bruno Jaegger Laranjeira
Responsável Técnico
CRBM 1370