



S E R V I Ç O S

## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA: AGAR CROMO CANDIDA**

### INDICAÇÃO

Meio de cultura destinado ao isolamento seletivo e diferencial de espécies de *Candida*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CROC012502 |
| <b>Validade</b> | 02.04.2025 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>          | Amarelo Palha     |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm            |
| <b>Apresentação</b> | 90x15 mm          |
| <b>Odor</b>         | Característico    |
| <b>pH</b>           | 5,9 ± 0,2 a 25° C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                               | Resultados de crescimento                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369 | Bom crescimento de colônias azuis acinzentadas a azuis esverdeadas ou azuis metalizadas com ou sem halos violetas no meio circundante. |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231  | Bom crescimento de colônias verde claro a verde médio.                                                                                 |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 34135    | Bom crescimento de colônias rosa claro com um rebordo esbranquiçado.                                                                   |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portando, é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO:** 03/01/2025

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA  
Rua Holanda, nº 980 – Jardim Cearense  
Fortaleza –CE - CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-4082  
E-mail: agarlabltda@gmail.com

Bruno Jaegger Laranjeira  
Responsável Técnico CRBM 1370