



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** AGAR CROMOGÊNICO PARA URINA

### INDICAÇÃO

Meio não seletivo para o isolamento, identificação presuntiva, diferenciação e enumeração de agentes patogênicos do aparelho urinário através da detecção, por agentes cromogênicos específicos, da atividade enzimática bacteriana sobre determinados substratos.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CROU022510 |
| <b>Validade</b> | 10.05.2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cor</b>          | Amarelo palha    |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm           |
| <b>Apresentação</b> | Bipalca 90x15 mm |
| <b>Odor</b>         | Característico   |
| <b>pH</b>           | 6,9±0,2 a 25°C   |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| Cepas                                     | Resultado de crescimento                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias pequenas azuis esverdeadas            |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241        | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas/púrpuras                        |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633    | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis escuras mucóides                |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903  | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias transparentes com pigmento esverdeado |
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias brancas/beges                         |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> NCTC 8181 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis claras                          |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453       | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias marrons claras                        |

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)



## **ESTERILIDADE**

Ausência de crescimento de microrganismos.

## **CONCLUSÃO**

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

## **DATA DE LIBERAÇÃO**

11.02.2025

**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**

Responsável Técnico  
CRBM 1370

## **AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)