



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR MUELLER HINTON PARA FUNGO

INDICAÇÃO

Meio nutritivo e enriquecido, destinado à execução do teste de sensibilidade, por disco difusão, para antifúngicos, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Lote	MHGAM022519
Validade	19.05.2025

Cor	Verde turquesa
Espessura	4,0 mm
Apresentação	140x15 mm
Odor	Característico
pH	7,3±0,1 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Diâmetro do halo em mm.

Cepa	Antifúngico	Intervalo do halo
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Fluconazol 25µg	28-39mm

RESULTADO DE CRESCIMENTO

Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade CLSI.

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

21.02.2025


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9
E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br