



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** AGAR MUELLER HINTON PARA FUNGO

### INDICAÇÃO

Meio nutritivo e enriquecido, destinado à execução do teste de sensibilidade, por disco difusão, para antifúngicos, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

<b>Lote</b>	MHGAM022519
<b>Validade</b>	19.05.2025

<b>Cor</b>	Verde turquesa
<b>Espessura</b>	4,0 mm
<b>Apresentação</b>	90x15 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,3±0,1 a 25°C

### CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Diâmetro do halo em mm.

<b>Cepa</b>	<b>Antifúngico</b>	<b>Intervalo do halo</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Fluconazol 25µg	28-39mm

### RESULTADO DE CRESCIMENTO

Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade CLSI.

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

21.02.2025

  
**BRUNO JAEGGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165  
Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9  
E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)