



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR CITRATO SIMMONS

INDICAÇÃO

Meio utilizado na diferenciação de bacilos entéricos gram- negativos baseados em citrato de sódio como fonte de carbono e sal amoníaco como fonte de nitrogênio..

Lote	ACIT032506
Validade	06.09.2025

Cor	Verde
Volume envasado	2,5 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	6,8±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Parcialmente ou completamente inibido sem alteração da cor do meio
<i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633	Crescimento $\geq$ a 100 ufc de colônias com alteração da cor do meio para azul

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

08.03.2025

BRUNO JAEGER LARANJEIRA

Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br