



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)/ AGAR SAL MANITOL

INDICAÇÃO

EMB

Meio seletivo e diferencial, utilizado para o isolamento de enterobactérias.

Sal Manitol

Meio seletivo usado para o isolamento de estafilococos e diferencial para *S. aureus*.

Lote	EMBSM032506
Validade	06.06.2025

Cor	Vinho/ Vermelho rosado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	Biplaca 90x15 mm
Odor	Característico
pH EMB	7,1±0,2 a 25°C
Ph Sal Manitol	7,4±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

EMB

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores
<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973	Completamente inibido

Sal Manitol

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Completamente inibido
<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias amarelas
<i>Staphylococcus epidermidis</i> NCTC 11047	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias vermelhas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br



DATA DE LIBERAÇÃO

07.03.2025

BRUNO JAEGER LARANJEIRA

Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br