



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: AGAR BATATA DEXTROSE

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a identificação, cultivo e contagem de leveduras e fungos enumerados a partir de alimentos e produtos laticínios.

Lote	ABAT042502
Validade	02.07.2025

Cor	Amarelo
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	5,6±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Candida albicans</i> NCPF 3179	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

03.04.2025

BRUNO JAEGER LARANJEIRA

Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br