# Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** AGAR SABOURAUD + CLORANFENICOL

**INDICAÇÃO**

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas. A adição de cloranfenicol aumenta a seletividade do meio.

| | |
|---|---|
| **Lote** | ASCL042530 |
| **Validade** | 30.07.2025 |

| | |
|---|---|
| **Cor** | Amarelo |
| **Espessura** | 3,5 mm |
| **Apresentação** | 90x15 mm |
| **Odor** | Característico |
| **pH** | 5,6±0,2 a 25ºC |

**CONTROLE DE QUALIDADE**

| **Cepas** | **Resultado de crescimento** |
|---|---|
| ***Aspergillus brasiliensis*** NCPF 2275 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| ***Candida albicans*** NCPF 3179 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| ***Escherichia coli*** NCTC 12241 | Completamente inibido |

**ESTERILIDADE**

Ausência de crescimento de microrganismos.

**CONCLUSÃO**

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO**

05.05.2025

**BRUNO JAEGGER LARANJEIRA**
**Responsável Técnico**
**CRBM 1370**

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**
Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165
Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9
E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br