



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** CALDO TETRATIONATO

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para o enriquecimento seletivo de amostras nas quais se deseja recuperar *Salmonella spp.*

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | CATT052506 |
| <b>Validade</b> | 06.11.2025 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Cor</b>             | Levemente opalescente quando em repouso ou turvo quando homogeneizado, com coloração levemente amarelada |
| <b>Volume envasado</b> | 3,0 ml   |
| <b>Apresentação</b>    | 13x100 mm  |
| <b>Odor</b>            | Característico   |
| <b>pH</b>              | 8,4±0,2 a 25°C   |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| Cepas                                 | Resultado de crescimento   |
|---------------------------------------|--|
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241    | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias após subcultura em meio específico |
| <i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias após subcultura em meio específico |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

08.05.2025

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br)