



Certificado de Análise

MATERIAL: SOLUÇÃO SALINA 0,85%

INDICAÇÃO

Indicada para o preparo, diluição e transporte de microrganismos ou amostras clínicas.

Lote	SALI102504
Validade	04.04.2026

Cor	Incolor
Volume envasado	3,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	7,2- 7,4 a 25°C

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

06.10.2025


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com