



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR UREIA

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para a diferenciação de microrganismos com base na produção de urease.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Lote</b>     | AUREIA012624 |
| <b>Validade</b> | 24.07.2026   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Cor</b>             | Amarelo sol    |
| <b>Volume envasado</b> | 2,5 ml         |
| <b>Apresentação</b>    | 13x100 mm      |
| <b>Odor</b>            | Característico |
| <b>pH</b>              | 6,8±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                           | <b>Urease</b>                                       |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633 | Reação positiva, alteração da cor do meio para rosa |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241     | Reação negativa, sem alteração da cor do meio       |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

27.01.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)