



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TODD HEWITT

INDICAÇÃO

Meio suplementado recomendado para o isolamento seletivo de ***Streptococcus*** do grupo B.

Lote	CTHT012624
Validade	24.07.2026

Cor	Amarelo claro
Volume envasado	4,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	7,8±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	Alta turbidez
<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973	Turvação muito ligeira a zero turbidez
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Turvação muito ligeira a zero turbidez

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

27.01.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com