



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)/ ÁGAR SAL MANITOL

### INDICAÇÃO

#### EMB

Recomendado para o isolamento, enumeração e diferenciação de Enterobactérias de amostras clínicas e não clínicas.

#### Sal Manitol

Meio seletivo recomendado para o isolamento de *Staphylococcus* e diferencial para *Staphylococcus aureus*.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Lote</b>     | EMBSM012630 |
| <b>Validade</b> | 30.04.2026  |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Cor</b>            | Vinho/ Vermelho rosado |
| <b>Espessura</b>      | 3,5 mm                 |
| <b>Apresentação</b>   | Biplaca 90x15 mm       |
| <b>Odor</b>           | Característico         |
| <b>pH EMB</b>         | 7,1±0,2 a 25°C         |
| <b>Ph Sal Manitol</b> | 7,4±0,2 a 25°C         |

### CONTROLE DE QUALIDADE

#### EMB

| <b>Cepas</b>                           | <b>Resultado de crescimento</b>  |
|--|--|
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241     | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias pretas azuladas com reflexo verde metalizado |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas avermelhadas                           |
| <i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023  | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores                                    |

#### Sal Manitol

| <b>Cepas</b>                                 | <b>Resultado de crescimento</b>              |
|--|--|
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973      | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias amarelas |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> NCTC 11047 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas    |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241           | Completamente inibido                        |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA


Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)

**DATA DE LIBERAÇÃO**

31.01.2026



**BRUNO JAECKER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)