



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR MILI

INDICAÇÃO

Meio utilizado para diferenciar Enterobactérias com base na motilidade, descarboxilação da lisina e produção de indol.

Lote	AMIL022614
Validade	14.08.2026

Cor	Púrpura
Volume envasado	4,0 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	6,6±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Motilidade	Lisina descarboxilase	Indol
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Positiva	Positiva	Positivo
<i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633	Negativa	Positiva	Negativo
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Positiva	Negativa	Negativo

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

19.02.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com