



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR CHOCOLATE/ ÁGAR CROMOGÊNICO PARA CANDIDA

INDICAÇÃO

Meio recomendado para semeadura de amostras de secreção vaginal.

Lote	CROCH022611
Validade	11.05.2026

Cor	Marrom/ Amarelo perolado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	Biplaca 90x15 mm
Odor	Característico
pH Chocolate	7,3±0,2 a 25°C
pH Cromogênico para Candida	5,9±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Chocolate

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> NCTC 12700	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias

Cromogênico para Candida

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Candida albicans</i> NCPF 3179	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias verdes claras a verdes médias
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis escuras e azuis metálicas
<i>Candida krusei</i> ATCC 34135	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas claras com bordas esbranquiçadas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

13.02.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com