



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR CROMOGÊNICO VRE

INDICAÇÃO

Meio seletivo recomendado para o isolamento de Enterococos Resistentes à Vancomicina (VRE) de amostras clínicas.

| | |
|-----------------|------------|
| Lote | CVRE032617 |
| Validade | 17.06.2026 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Cor | Amarelo creme |
| Espessura | 3,5 mm |
| Apresentação | 90x15 mm |
| Odor | Característico |
| pH | 6,5±0,2 a 25°C |

CONTROLE DE QUALIDADE

| Cepas | Resultado de crescimento |
|---|---|
| <i>Enterococcus faecalis</i> VRE ATCC 51229 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis esverdeadas |
| <i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697 | Completamente inibido |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

19.03.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com