



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR TSI

### INDICAÇÃO

Meio recomendado para a identificação de bacilos entéricos gram-negativos com base na fermentação de carboidratos, na produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

<b>Lote</b>	ATSI042611
<b>Validade</b>	11.10.2026

<b>Cor</b>	Vermelho
<b>Volume envasado</b>	4,0 ml
<b>Apresentação</b>	13x100 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,4±0,2 a 25°C

### CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Inclinação	Base	Gás	H2S
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Ácida (amarela)	Ácida (amarela)	Produz	Não produz
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903	Alcalina (vermelha)	Alcalina (vermelha)	Não produz	Não produz
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Alcalina (vermelha)	Ácida (amarela)	Produz	Produz

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

14.04.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)