



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR MILI

INDICAÇÃO

Meio utilizado para diferenciar Enterobactérias com base na motilidade, descarboxilação da lisina e produção de indol.

| | |
|-----------------|------------|
| Lote | AMIL052609 |
| Validade | 09.11.2026 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Cor | Púrpura |
| Volume envasado | 4,0 ml |
| Apresentação | 13x100 mm |
| Odor | Característico |
| pH | 6,6±0,2 a 25°C |

CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS | Motilidade | Lisina descarboxilase | Indol |
|--|------------|-----------------------|----------|
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241 | Positiva | Positiva | Positivo |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633 | Negativa | Positiva | Negativo |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Positiva | Negativa | Negativo |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

11.05.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltlda@gmail.com Site: www.agarlabltlda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com