



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR CHOCOLATE/ ÁGAR CROMOGÊNICO PARA CANDIDA

INDICAÇÃO

Meio recomendado para semeadura de amostras de secreção vaginal.

| | |
|-----------------|-------------|
| Lote | CROCH052609 |
| Validade | 09.08.2026 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Cor | Marrom/ Amarelo perolado |
| Espessura | 3,5 mm |
| Apresentação | Biplaca 90x15 mm |
| Odor | Característico |
| pH Chocolate | 7,3±0,2 a 25°C |
| pH Cromogênico para Candida | 5,9±0,2 a 25°C |

CONTROLE DE QUALIDADE

Chocolate

| Cepas | Resultado de crescimento |
|---|-------------------------------------|
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> NCTC 12700 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |

Cromogênico para Candida

| Cepas | Resultado de crescimento |
|-------------------------------------|--|
| <i>Candida albicans</i> NCPF 3179 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias verdes claras a verdes médias |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis escuras e azuis metálicas |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 34135 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas claras com bordas esbranquiçadas |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

11.05.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltlda@gmail.com Site: www.agarlabltlda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com