



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR CROMOGÊNICO VRE

INDICAÇÃO

Meio seletivo recomendado para o isolamento de Enterococos Resistentes à Vancomicina (VRE) de amostras clínicas.

Lote	CVRE052626
Validade	26.08.2026

Cor	Amarelo creme
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	6,5±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Enterococcus faecalis</i> VRE ATCC 51229	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis esverdeadas
<i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697	Completamente inibido

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

27.05.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com