



## Certificado de Análise

**MATERIAL:** SOLUÇÃO SALINA 0,9 %

### INDICAÇÃO

Indicada para o preparo, diluição e transporte de microrganismos ou amostras clínicas.

<b>Lote</b>	SALI2052604
<b>Validade</b>	04.11.2026

<b>Cor</b>	Incolor
<b>Volume envasado</b>	2,0 ml
<b>Apresentação</b>	13x100 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	7,2- 7,4 a 25°C

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

05.05.2026

**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**

Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)