



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR SANGUE/ ÁGAR SALMONELLA SHIGELLA (S.S)

### INDICAÇÃO

#### Sangue

Meio recomendado para isolamento e cultivo de diversos microrganismos patogênicos exigentes, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

#### S.S

Meio seletivo e diferencial, recomendado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

<b>Lote</b>	SASS052607
<b>Validade</b>	07.08.2026

<b>Cor</b>	Vermelho/ Rosa alaranjado
<b>Espessura</b>	3,5 mm
<b>Apresentação</b>	Biplaca 90x15 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH Sangue</b>	7,3±0,2 a 25°C
<b>pH S.S</b>	7,0±0,2 a 25°C

### CONTROLE DE QUALIDADE

#### Sangue

<b>Cepas</b>	<b>Resultado de crescimento</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise
<i>Streptococcus pneumoniae</i> NCTC 12977	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com alfa hemólise
<i>Streptococcus pyogenes</i> NCTC 12696	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise

#### S.S

<b>Cepas</b>	<b>Resultado de crescimento</b>
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas com precipitação biliar
<i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697	Completamente inibido

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

#### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)



SERVIÇOS

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO**

08.05.2026

**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**

Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)



**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)