



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR HEKTOEN ENTÉRICO

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial recomendado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	AHEK062603
Validade	03.09.2026

Cor	Verde musgo
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,5±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias alaranjadas com ou sem precipitação biliar
<i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697	Completamente inibido

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

04.06.2026


BRUNO JAEGGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com