



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR MUELLER HINTON

### INDICAÇÃO

Meio recomendado para determinação da suscetibilidade de microrganismos a agentes antimicrobianos isolados de amostras clínicas, de acordo com Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (BrCAST).

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AMH062617  |
| <b>Validade</b> | 17.09.2026 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Cor</b>          | Amarelo Claro  |
| <b>Espessura</b>    | 4,0±0,5 mm     |
| <b>Apresentação</b> | 140x15 mm      |
| <b>Odor</b>         | Característico |
| <b>pH</b>           | 7,3±0,1 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Condições de incubação: 35±1°C / 18±2 h. Diâmetro do halo em mm.

|                    | <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 (NCTC 12241) | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 (NCTC 12903) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213 (NCTC 12973) | <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 (NCTC 12697) |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aztreonam 30 µg    | 28-36                                           | 23-29                                                 | -                                                    | -                                                    |
| Ceftazidima 10 µg  | 23-29                                           | 21-27                                                 | -                                                    | -                                                    |
| Gentamicina 10 µg  | 19-26                                           | 17-23                                                 | 19-25                                                | 12-18                                                |
| Levofloxacino 5 µg | 29-37                                           | 19-26                                                 | 23-29                                                | 19-25                                                |
| Imipinem 10 µg     | 26-32                                           | 20-28                                                 | -                                                    | 24-30                                                |
| Cefoxitina 30 µg   | 23-29                                           | -                                                     | 24-30                                                | -                                                    |
| Clindamicina 2 µg  | -                                               | -                                                     | 23-29                                                | -                                                    |
| Eritromicina 15 µg | -                                               | -                                                     | 23-29                                                | -                                                    |
| Linezolida 10 µg   | -                                               | -                                                     | 21-27                                                | 19-25                                                |
| Vancomicina 5 µg   | -                                               | -                                                     | -                                                    | 10-16                                                |

### RESULTADO DE CRESCIMENTO

Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade BrCAST.

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)

**ESTERILIDADE**


Ausência de crescimento de microrganismos.

**CONCLUSÃO**

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

**DATA DE LIBERAÇÃO**

18.06.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)