



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR MILI

### INDICAÇÃO

Meio utilizado para diferenciar Enterobactérias com base na motilidade, descarboxilação da lisina e produção de indol.

<b>Lote</b>	AMIL062601
<b>Validade</b>	01.12.2026

<b>Cor</b>	Púrpura
<b>Volume envasado</b>	4,0 ml
<b>Apresentação</b>	13x100 mm
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	6,6±0,2 a 25°C

### CONTROLE DE QUALIDADE

CEPAS	Motilidade	Lisina descarboxilase	Indol
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Positiva	Positiva	Positivo
<i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633	Negativa	Positiva	Negativo
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Positiva	Negativa	Negativo

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

02.06.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltlda@gmail.com](mailto:agarlabltlda@gmail.com) Site: [www.agarlabltlda.com.br](http://www.agarlabltlda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)