



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR UREIA

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a diferenciação de microrganismos com base na produção de urease.

| | |
|-----------------|--------------|
| Lote | AUREIA062601 |
| Validade | 01.12.2026 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Cor | Amarelo sol |
| Volume envasado | 2,5 ml |
| Apresentação | 13x100 mm |
| Odor | Característico |
| pH | 6,8±0,2 a 25°C |

CONTROLE DE QUALIDADE

| Cepas | Urease |
|--|---|
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633 | Reação positiva, alteração da cor do meio para rosa |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241 | Reação negativa, sem alteração da cor do meio |

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

02.06.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com