



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR UREIA

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a diferenciação de microrganismos com base na produção de urease.

Lote	AUREIA072617
Validade	17.01.2027

Cor	Amarelo sol
Volume envasado	2,5 ml
Apresentação	13x100 mm
Odor	Característico
pH	6,8±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Urease
<i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 9633	Reação positiva, alteração da cor do meio para rosa
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Reação negativa, sem alteração da cor do meio

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

1 072617-17.07.20268.07.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com