



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR HEKTOEN ENTÉRICO/ ÁGAR SALMONELLA SHIGELLA (S.S)

INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial, recomendado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

Lote	HKSS072610
Validade	10.10.2026

Cor	Verde musgo/ Rosa alaranjado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	Biplaca 90x15 mm
Odor	Característico
pH Hektoen Entérico	7,5±0,2 a 25°C
pH S.S	7,0±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Hektoen Entérico

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias alaranjadas com ou sem precipitação biliar

S.S

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores com centro negro
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias incolores
<i>Escherichia coli</i> NCTC 12241	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas com precipitação biliar

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

11.07.2026

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com



Bruno Jaegger Laranjeira

BRUNO JAEGER LARANJEIRA

Responsável Técnico

CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com