



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR MUELLER HINTON PARA FUNGO

INDICAÇÃO

Meio recomendado para realizar testes de suscetibilidade de leveduras por difusão de disco antifúngico de acordo com os padrões estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Lote	MHGAMP072609
Validade	09.10.2026

Cor	Amarelo
Espessura	4,0 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	7,3±0,1 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Teste de sensibilidade por disco difusão. Diâmetro do halo em mm.

Cepa	Antifúngico agente	Intervalo do halo
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	Fluconazol 25µg	28-39 mm

RESULTADO DE CRESCIMENTO

Dentro dos parâmetros, conforme tabela de Controle de Qualidade CLSI.

ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

11.07.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com