



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR SANGUE/ ÁGAR SABOURAUD CLORANFENICOL

### INDICAÇÃO

#### Sangue

Meio recomendado para isolamento e cultivo de diversos microrganismos patogênicos exigentes, possibilitando a verificação da atividade hemolítica das colônias.

#### Sabouraud Cloranfenicol

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Lote</b>     | SASCL072616 |
| <b>Validade</b> | 16.10.2026  |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Cor</b>                        | Vermelho/ Amarelo |
| <b>Espessura</b>                  | 3,5 mm            |
| <b>Apresentação</b>               | Biplaca 90x15 mm  |
| <b>Odor</b>                       | Característico    |
| <b>pH Sangue</b>                  | 7,3±0,2 a 25°C    |
| <b>pH Sabouraud Cloranfenicol</b> | 5,6±0,2 a 25°C    |

### CONTROLE DE QUALIDADE

#### Sangue

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                               | <b>Resultado de crescimento</b>                       |
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973    | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> NCTC 12977 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com alfa hemólise |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> NCTC 12696   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias com beta hemólise |

#### Sabouraud Cloranfenicol

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                              | <b>Resultado de crescimento</b>     |
| <i>Candida albicans</i> NCPF 3179         | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> NCPF 2275 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241        | Completamente inibido               |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)



**DATA DE LIBERAÇÃO**

20.07.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)



**AGAR LAB SERVIÇOS LTDA**

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)