



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR HEKTOEN ENTÉRICO

### INDICAÇÃO

Meio seletivo e diferencial recomendado para o isolamento de enterobactérias, especialmente, *Salmonella* e *Shigella*.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | AHEK082614 |
| <b>Validade</b> | 14.11.2026 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Cor</b>          | Verde musgo    |
| <b>Espessura</b>    | 3,5 mm         |
| <b>Apresentação</b> | 90x15 mm       |
| <b>Odor</b>         | Característico |
| <b>pH</b>           | 7,5±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| <b>Cepas</b>                            | <b>Resultado de crescimento</b>                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023   | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas com centro negro               |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022     | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias esverdeadas                                |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241      | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias alaranjadas com ou sem precipitação biliar |
| <i>Enterococcus faecalis</i> NCTC 12697 | Completamente inibido                                                          |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

17.08.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)