



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR SABOURAUD CLORANFENICOL

### INDICAÇÃO

Meio seletivo utilizado para o isolamento de fungos patogênicos de amostras clínicas.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | ASCL082613 |
| <b>Validade</b> | 13.02.2027 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Cor</b>             | Amarelo        |
| <b>Volume envasado</b> | 5,0 ml         |
| <b>Apresentação</b>    | 16x150 mm      |
| <b>Odor</b>            | Característico |
| <b>pH</b>              | 5,6±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cepas</b>                              | <b>Resultado de crescimento</b>     |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> NCPF 2275 | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| <i>Candida albicans</i> NCPF 3179         | Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias |
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241        | Completamente inibido               |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

18.08.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)