



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** ÁGAR TSI

### INDICAÇÃO

Meio recomendado para a identificação de bacilos entéricos gram-negativos com base na fermentação de carboidratos, na produção de sulfeto de hidrogênio e gás.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Lote</b>     | ATSI082628 |
| <b>Validade</b> | 28.02.2027 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Cor</b>             | Vermelho       |
| <b>Volume envasado</b> | 4,0 ml         |
| <b>Apresentação</b>    | 13x100 mm      |
| <b>Odor</b>            | Característico |
| <b>pH</b>              | 7,4±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| CEPAS                                    | Inclinação          | Base                | Gás        | H2S        |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| <i>Escherichia coli</i> NCTC 12241       | Ácida (amarela)     | Ácida (amarela)     | Produz     | Não produz |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> NCTC 12903 | Alcalina (vermelha) | Alcalina (vermelha) | Não produz | Não produz |
| <i>Salmonella enterica</i> NCTC 12023    | Alcalina (vermelha) | Ácida (amarela)     | Produz     | Produz     |

### ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

31.08.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)